

X線透視撮影装置修繕業務 仕様書

1 業務の目的

当院放射線棟に設置しているX線透視撮影装置の機能を維持するため、画像処理装置を交換整備するもの。(透視撮影台、FPD装置及びLCDモニタの交換は含まない。)

2 修繕対象機器

富士フイルムメディカル株式会社 VersiFlex VIATA (KC14380301)

3 修繕の内容

項目・規格	数量	備考
1 使用部品等	1 式	
[内訳]		
(1) 1・FAICE-V NextStage2	(1 式)	
(2) 2・DR-V (F) NS2用筐体	(1 式)	
(3) 3・DR-V (F) NS2用筐体 PCユニット	(1 式)	
(4) DR-V (F) NS2用筐体 (付属部品)	(1 式)	
(5) DR-F (F) DVDKIT2	(1 式)	
(6) DR-V (F) ドキュメント V2ケイ	(1 式)	
(7) DVIEXT-RX受信側	(1 式)	
(8) DVIEXT-TX送信側	(1 式)	
(9) DRV (V2.0カキット) VERSI	(1 式)	
(10) H3バージョンアップキット	(1 式)	
(11) マイクケーブル改造 (Versi)	(1 式)	
(12) DRV (NS2カキット) DR	(1 式)	
(13) 天吊モニタケーブル	(1 式)	
(14) DRV FRC	(1 式)	
(15) DRV DoseSR	(1 式)	
(16) DRV 撮影M-DRC	(1 式)	
(17) DRV M-DRCプラス	(1 式)	
(18) ガイドワイヤ視認性向上キット既設	(1 式)	

項 目 ・ 規 格	数 量	備 考
(19) DRV撮影IRパッケージ既設	(1式)	
(20) DRVCSVOUT既設	(1式)	
2 重量物解体運搬費	1式	
3 バージョンアップ作業費	1式	
4 諸経費	1式	交通費等の諸雑費を含む

4 その他

作業実施日は、当院側と協議のうえ設定すること。